

【运维项目】山大二院招远分院 - bug #1039

修改血压上传系统

2024-02-22 09:11 - 任晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-22
指派给:	任晓峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
将原来自动上传血压的模式改为手动上传 原因对方场景做血压一个接一个，导致未能做到控制，而错误上传了血压数据，所以需要改回手动上传			

历史记录

#1 - 2024-02-22 15:21 - 任晓峰

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-09-08 12:11 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭