

# 【运维项目】湖南省直中医院 - bug #1658

## 修改C14 抓取结果生成所见小结模板内容

2024-06-04 23:19 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘睿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时

```
req1.ReportDate = item.JCSJ;  
req1.ReportDoc = "谢再斌";  
req1.RptDoctorCode = "";  
req1.ReviewDate = item.JCSJ;  
req1.ReviewDoc = "谢再斌";  
req1.ReviewDoctorCode = "";  
req1.RptItemCode = c13dic.RptItemCode;  
req1.RptSubItemCode = c13dic.SubItemCode;  
req1.RptSubItemOutCode = "";  
if (item.JCJG.Contains("阳性"))  
{  
    req1.ResultType = "H";  
    req1.Summary = "碳14呼气试验Hp检验报告结果:" + item.JCJG;  
}  
else  
{  
    req1.ResultType = "N";  
    req1.Summary = "碳14呼气试验Hp检验报告结果:" + item.JCJG;  
}  
string imgpath1 = "";  
req1.ImagePath = imgpath1;  
req1.Images = new List<string>() { imgpath };  
req1.IsCritical = 0;  
req1.Operator = ConfigInfo.OperatorCode;  
req1.OperatorUserName = ConfigInfo.OperatorName;  
req.OrderNum = 2;  
req1.Summary = req.Summary + " [参考值: 0-49为阴性, 50及以上为阳性]";  
requests.Add(req1);  
}  
  
//提交API保存C14报告结果  
try  
{
```

修改这部分逻辑代码实现如下所见和小结

- 例：  
阴性【数值为30】：  
所见(Finding)：碳14呼气试验Hp检验报告结果：（30）  
小结（Summary）：碳14呼气试验Hp检验报告结果：阴性 [参考值：0-49为阴性，50及以上为阳性]。  
【需要注意模板发生了修改，由原来的50以上改为了 50及以上】
- 阳性【数值为 60】：  
所见(Finding)：碳14呼气试验Hp检验报告结果：（60）  
小结（Summary）：碳14呼气试验Hp检验报告结果：阳性 [参考值：0-49为阴性，50及以上为阳性]。  
【需要注意模板发生了修改，由原来的50以上改为了 50及以上】

### 历史记录

- #1 - 2024-06-11 09:37 - 刘睿
- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-09-19 18:26 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

## 文件

image.png

53.1 KB

2024-06-04

靳奉迪