

【6】辽宁方大总医院 - 接口需求 #5226

骨密度接口

2025-04-09 18:10 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-16
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:30 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时

描述

骨密度仪器是安卓平台，无法使用虚拟打印的方式进行数据对接

流程：

- 1：体检提供人员申请试图，骨密度设备根据试图获取体检人员基本信息
- 2：骨密度设备做完结果后，会上传检查结果至中间表中，具体表数据如下所示。如果结果发生变化，会更新表中数据，不会重新插入数据，若需要插入也可更改肺功能设备设置

对象	r_role_permission ...	b_organization @...	r_user_role @v6pe...	b_role @v6peis_b...	Result_TCD @v6p...	Result_...	
开始事务	文本	筛选	排序	导入	导出	数据生成	创建图表
Id	1250000098						
Name	王智慧						
Sex							
idNum							
requestDoctor	冯程程						
requestDepartment							
ExamDoctor	孙嘉骏						
ExamDepartment	健康管理中心						
OperatorDoctor							
Diagnosis	1、建议继续保持良好的饮食、运动习惯。2、定期复查骨密度。						
DiagnosisDoctor	程晓光						
checkDate	2025-04-09 14:30:12.977						
checkResult	T值:-0.1 Z值:0.2 SOS:4123						
FTP_Path	ftp://172.16.70.166/Check_Result/GMD/2025-04-09/1250000098_139_2025-04-09.jpg						
sharedFolderPath							
OtherData	骨量正常						

历史记录

- #1 - 2025-04-10 09:02 - 杨鑫迪
 - 指派给从 杨鑫迪 变更为 侣同欢
- #2 - 2025-04-11 09:59 - 杨鑫迪
 - 预期时间 被设置为 4:00 小时
- #3 - 2025-04-15 08:42 - 侣同欢
 - 指派给从 侣同欢 变更为 耿超
- #4 - 2025-04-15 14:10 - 耿超
 - 计划完成日期 被设置为 2025-04-16
- #5 - 2025-04-15 17:09 - 耿超
 - 预期时间 从 4:00 小时 变更为 2:00 小时
- #6 - 2025-04-16 09:02 - 耿超
 - 状态 从 新建 变更为 进行中

#7 - 2025-04-16 10:04 - 耿超
- 状态从进行中变更为已解决
- %完成从0变更为100

#8 - 2025-04-17 09:13 - 杨鑫迪
- 预期时间从2:00小时变更为1:30小时

#9 - 2025-04-23 15:02 - 王智慧
- 状态从已解决变更为已关闭

文件

image.png	1.35 MB	2025-04-09	王智慧
骨密度接口对接.docx	2.57 MB	2025-04-09	王智慧