

【6】辽宁方大总医院 - bug #5613

C14 接口优化

2025-05-12 14:50 - 王 智慧

状态: 新建

优先级: 紧急

指派给: 侣 同欢

类别:

目标版本:

开始日期: 2025-05-12

计划完成日期: 2025-05-16

% 完成: 0%

预期时间: 0:00 小时

耗时: 0:00 小时

描述

碳14呼气试验

自动异常通报 修改结果

所见: 详见图文报告

小结: 详见图文报告

影像

上传 清空

结果类型 异常

与C13要求一样

e.dbo (方大-体检) - 表 - Navicat Premium

收藏夹 工具 窗口 帮助

表 视图 函数 用户 其它 SQL Server 备份 查询 自动运行 模型 图表

对象 lis_result @v6peis_interface.dbo (方... Result_C13 @v6peis_interface.dbo (... Result_C14 @v6peis_interface.dbo (...

开始事务 文本 筛选 排序 导入 导出 数据生成 创建图表

Id	Name	Sex	ExamDoctor	ExamTime	DPM	Result	upload_state
1250000957	沈雷	女	刘丹	2025/5/12	0	阴性	1
1250000947	宋立敏	女	刘丹	2025/5/12	4	阴性	1
1250000773	任泽思	女	姜佳蕊	2025/4/21	143	阳性	1
1250000940	赵彬昌	男	刘丹	2025/5/12	115	阳性	1
1250000959	黄增军	男	刘丹	2025/5/12	0	阴性	1

历史记录

- #1 - 2025-05-12 17:26 - 侣 同欢
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-16

文件

image.png	219 KB	2025-05-12	王 智慧
-----------	--------	------------	------