

【6】辽宁方大总医院 - bug #5755

【职业病】电测听 获取小结时，如果人员结果是正常的，是不需要校正值的

2025-05-21 10:03 - 王 智慧

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	耿 超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时

描述

电测听检查获取小结时，如果人员结果是正常的，是不需要校正值的
只有异常的结果才会生成校正值及报告中折线图

最好是增加一个按钮，让 用户去选择时候生成校正

■ 听阈测试

弃检

确认执行

提交结果

左耳500HZ (气导)	测定值	修正值	右耳500HZ (气导)	测定值	修正值
左耳1000HZ (气导)	测定值	修正值	右耳1000HZ (气导)	测定值	修正值
左耳2000HZ (气导)	测定值	修正值	右耳2000HZ (气导)	测定值	修正值
左耳3000HZ (气导)	测定值	修正值	右耳3000HZ (气导)	测定值	修正值
左耳4000HZ (气导)	测定值	修正值	右耳4000HZ (气导)	测定值	修正值
左耳6000HZ (气导)	测定值	修正值	右耳6000HZ (气导)	测定值	修正值

小结

请输入检查结果

影像

上传

是否操作骨导

关闭骨导

获取小结

结果类型

请选择

检查医生:

请输入

检查时间:

请选择日期

白

审核医生:

请输入

审核时间:

请选择日期

白

历史记录

- #1 - 2025-05-21 13:46 - 杨 鑫迪
- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 耿超
- #2 - 2025-05-21 13:48 - 耿 超
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23
- #3 - 2025-05-21 14:03 - 耿 超
- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

image.png	96.7 KB	2025-05-21	王 智慧
-----------	---------	------------	------