【6】辽宁方大总医院 - bug #6076

纯音听域，前台无法输入负数

2025-06-16 10:16 - 靳奉迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-16
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时

描述

输入负数后会变成 0

■ 听阈测试

右耳500HZ (气导)	1	左耳500HZ (气导)	2
右耳1000HZ (气导)	2	左耳1000HZ (气导)	3
右耳2000HZ (气导)	3	左耳2000HZ (气导)	4
右耳3000HZ (气导)	1	左耳3000HZ (气导)	2
右耳4000HZ (气导)	0	左耳4000HZ (气导)	1
右耳6000HZ (气导)	1	左耳6000HZ (气导)	4

小结: 未见明显异常

影像: [上传] [清空]

是否操作鼻导: 关闭鼻导 是否生成修正值: 不生成修正值 结果类型: 请选择

检查医生: 请输入 检查时间: 请选择日期 审核医生: 请输入 审核时间: 请选择日期

历史记录

- #1 - 2025-06-16 10:24 - 耿超
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-16
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 0:30 小时

文件

image.png	169 KB	2025-06-16	靳奉迪
-----------	--------	------------	-----