

【运维项目】徐州医科大学附属医院 - 功能需求 #713

徐医新增双能骨密度设备、欧姆203龙动脉硬化设备、人体成分分析设备，需要对接体检系统回传报告结果

2023-11-22 14:58 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	刘 睿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
徐医新增双能骨密度设备、欧姆203龙动脉硬化设备、人体成分分析设备，需要对接体检系统回传报告结果 e7721177a22325876e8ffb6105e39d0.jpg			

历史记录

#1 - 2023-11-23 18:12 - 张 亚东			
这个得把怎么对接写明白——点桥。			
#2 - 2023-11-23 18:15 - 张 亚东			
- 指派给 从 张 亚东 变更为 匿名用户			
得写明白怎么对接，我们怎么传递给他们客户信息，他们怎么标记我们的项目状态，怎么给我们回写数据（中间表，调用我们的存储过程，或其他） 需要整理一个文档说明具体怎么弄--点桥			
#3 - 2023-11-27 13:49 - 匿名用户			
- 文件 10bcf3444da6efa56a873b6f5050a99.jpg 已添加			
- 文件 动脉硬化文件例子.csv 已添加			
- 文件 附录一（PATIENT.CSV文件做法）.doc 已添加			
双能骨密度的已经对接上了。 动脉硬化的得写批量生成患者信息的工具生成CSV格式的文件提供给厂家系统导入他们系统用来采集体检人信息，等动脉硬化体检报告结果出来然后将电脑上存的图片、pdf格式的报告回传到体检系统。--需要的接口文档我附件了 人体成分的设备对接已部署小工具发布报告，但是发布时候提示找不到体检号，需要协助排查原因。提示信息如下图			
10bcf3444da6efa56a873b6f5050a99.jpg			
#4 - 2023-11-27 13:50 - 匿名用户			
- 指派给 从 匿名用户 变更为 张 亚东			
#5 - 2024-01-23 09:25 - 李 波			
- 指派给 从 张 亚东 变更为 刘 睿			
#6 - 2024-04-30 09:07 - 闫 朋鸿			
- 状态 从 新建 变更为 已解决			
#7 - 2024-09-08 13:57 - 任 晓峰			
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭			
文件			
e7721177a22325876e8ffb6105e39d0.jpg	319 KB	2023-11-22	匿名用户
10bcf3444da6efa56a873b6f5050a99.jpg	419 KB	2023-11-27	匿名用户
动脉硬化文件例子.csv	55 Bytes	2023-11-27	匿名用户
附录一（PATIENT.CSV文件做法）.doc	69 KB	2023-11-27	匿名用户